

放射性物質に係る牛肉の検査結果について(10月25日)

別紙

No.	と畜月日	検査月日	と畜場所	生産地	放射性物質の濃度(Bq/kg)			検査機器 ^{※※}
					ヨウ素131	セシウム134	セシウム137	
48	10月24日	10月24日	群馬県食肉卸売市場	県外	検出せず	検出せず	検出せず	2
49	10月24日	10月24日	群馬県食肉卸売市場	県外	検出せず	検出せず	検出せず	2
50	10月24日	10月24日	群馬県食肉卸売市場	県外	検出せず	検出せず	検出せず	2
51	10月24日	10月24日	群馬県食肉卸売市場	県外	検出せず	検出せず	検出せず	2
52	10月24日	10月24日	群馬県食肉卸売市場	県外	検出せず	検出せず	検出せず	2
53	10月24日	10月24日	群馬県食肉卸売市場	県外	検出せず	検出せず	検出せず	2
54	10月24日	10月24日	群馬県食肉卸売市場	県外	検出せず	検出せず	検出せず	2
55	10月24日	10月24日	群馬県食肉卸売市場	県外	検出せず	検出せず	検出せず	2
56	10月24日	10月24日	群馬県食肉卸売市場	県外	検出せず	検出せず	検出せず	2
57	10月24日	10月24日	群馬県食肉卸売市場	県外	検出せず	検出せず	検出せず	2
58	10月24日	10月24日	群馬県食肉卸売市場	県外	検出せず	検出せず	検出せず	2
59	10月24日	10月24日	群馬県食肉卸売市場	県外	検出せず	検出せず	検出せず	2
60	10月24日	10月24日	群馬県食肉卸売市場	県外	検出せず	検出せず	検出せず	2

※ 上表中の「検出せず」とは、検査機器が測定できる検出下限値未満であることを示す。

- ※※ 検査機器1:ゲルマニウム半導体検出器 <検出下限値> ヨウ素、セシウム:50Bq/kg
 検査機関:(財)日本冷凍食品検査協会 横浜試験センター
- 検査機器2:NaIシンチレーションスペクトロメータ <検出下限値> ヨウ素、セシウム:25Bq/kg
 検査機関:群馬県食肉衛生検査所
- 検査機器3:ゲルマニウム半導体検出器 <検出下限値> ヨウ素、セシウム:50Bq/kg
 検査機関:(株)環境技研
- 検査機器4:ゲルマニウム半導体検出器 <検出下限値> ヨウ素、セシウム:25Bq/kg
 検査機関:群馬県農業技術センター
- 暫定規制値:放射性セシウム 500Bq/kg 放射性ヨウ素については未設定